

別表2  
大気常時監視測定機器の交換部品及び試薬

名 称	規 格	数 量	単 位	交 換 度
硫黄酸化物・浮遊粒子状物質自動測定機器	GFS-312B GFS-327C	9	台	
<b>SO2計部品</b>				
1 HC カッター	WASSY 6418390K	18	個	1回/6カ月
2 ダイヤフラム	APN-085LVX-1用 125A114	9	個	1回/1年
3 弁シート	APN-085LVX-1用 125A113	9	個	
4 キセノンフラッシュランプ	L4640 103B079	5	個	
5 ドライヤーユニット	GLN-32 5999360U	5	個	
6 ドライヤーユニット	GLN-32 7610610U	4	個	
7 ツギテ	1/8 *PTFE 69305600	15	個	
8 Oリング	P-49 115A667	5	個	
9 テフロンチューブ	2φ × 3φ 白 116D003	15	m	
10 テフロンチューブ	4φ × 6φ 白 116D012	5	m	
11 ハイプレンチューブ	7φ × 11φ 116E022	20	m	
12 Z NR ユニット	6179800U	5	個	
13 Z ユニオン用スリーブ	3φ 117B001	10	個	
14 シリコンチューブ	2φ × 6φ 116C029	3	m	
15 テフロンリング	TR-3 *PTFE 117B051	10	個	
16 シリコン接続管	6φ用 *SI 69275300	5	個	
17 シリコン接続管	3φ用 *SI 69275100	5	個	
18 シリコン接続管	3段型 *SI 69275200	5	個	
19 サンプリングチューブ	6φ × 8φ 493438K	25	m	
<b>SPM計部品</b>				
20 ポリビンテトロンブレードホース	6φ × 11φ 116B048	20	m	1回/1年
21 ダイヤフラム	MF-50D用 125B851	18	個	1回/6カ月
22 弁シート	MF-50D用 125B852	18	個	
23 ハイプレンチューブ	7φ × 11φ 116E022	5	m	
24 Oリング	P6 115A010	5	個	
25 Oリング	P30 115A067	5	個	
26 チューブ	TC-109 (MF-50D用) 125B854	10	個	
27 スリーブ	MF-50D用 125B853	20	個	
28 サンプリングチューブ	15φ × 22φ 500724K	25	m	
<b>共用部品</b>				
29 防塵フィルター	PF-1 47φ	234	枚	1回/2週
30 フッ素樹脂製ろ紙	GFS-327C用	117	枚	1回/月

名 称	規 格	数 量	単 位	交 換 頻 度
窒素酸化物・浮遊粒子状物質自動測定機器	GLN-347D GLN-314D/DUB-317C	2	台	
<b>NOx計部品</b>				
1 コンバーター触媒	7562110K	1	個	1回/1年
2 ゼロガス精製剤	6196720K	4	個	1回/6カ月
3 カートリッジフィルター	136A796	1	個	1回/1年
4 Oリング P 4 9 F P M	115A667	1	個	
5 ツギテ 1 / 8	69305600	2	個	
6 ドライヤユニット サンプルライン用	7612650U	2	個	
7 ドライヤユニット オゾンライン用	7612650U	2	個	
8 バルブ A P N - 1 1 0 K V用	125A179	4	個	1回/6カ月
9 ダイヤフラム リ	125A178	4	個	
10 バルブシート	125A215	4	個	
11 ポンプヘッド	125A214	2	個	
12 交換用フィルタキット	107C069	1	個	1回/1年
13 キャビラリヨウフィルタ ASSY	7036430K	1	個	
14 ハイプレンチューブ 7×11	116E022	2.6	m	
15 テフロンチューブ 2×3 白	116D003	4	m	
16 リ 2×3 黄	116D006	2	m	1回/1年
17 リ 2×3 赤	116D005	2	m	
18 リ 4×6 白	116D012	6	m	
19 シリコンチューブ 2×6	116C029	0.5	m	
20 ミニトラップフィルター	69860600	1	個	
21 シリカゲル管 ASSY	7018800K	1	個	
22 石英ウール 1級1g	136A082	6	個	
23 テフロンフィルター 55φ	136A001	4	個	
24 Zユニオン用スリーブ 3φ	117B001	1	個	
25 リングTR-6	117B052	1	個	
26 テフロンリングTR-3	117B051	1	個	
27 シリコン接続管 6φ用 * S I	69275300	1	個	
28 シリコン接続管 3φ用 * S I	69275100	8	個	
29 シリコン接続管 3段型 * S I	69275200	21	個	
30 シリコン接続管 A ASSY	7029450K	10	個	
31 ハーフユニオン HZ-3-02 PP	117B415	1	個	
32 サンプリングチューブ 6φ×8φ	493438K	5	m	1回/6カ月
33 吸着筒ASSY	7610060K	2	個	
34 電磁弁ASSY GLN-4-6999490-1K	6999490K	1	個	
35 ZNRユニット	7317890U	3	個	1回/1年
<b>SPM計部品</b>				
36 ダイヤフラム MF-50D用	125B851	2	個	1回/6カ月
37 弁シート MF-50D用	125B852	2	個	
<b>共用部品</b>				
38 防塵フィルター	PF-1 47φ	52	枚	1回/2週
39 フッ素樹脂ろ紙	GLN-347D用	13	枚	1回/月

名 称	規 格	数 量	単 位	交 換 頻 度
窒素酸化物自動測定機器	GLN-354・GLN-354B GLN-354D・GLN-314D	9	台	
1 コンバーター触媒	6176600K	1	個	1回/1年
2 コンバーター触媒	7562110K	2	個	
3 ゼロガス精製剤	6196720K	21	個	
4 カートリッジフィルター	136A232	1	個	
5 カートリッジフィルター	136A796	2	個	
6 Oリング P 4 9 F P M	115A667	3	個	
7 ツギテ 1／8	69305600	10	個	
8 ドライヤユニット サンプルライン用	7612650U	7	個	
9 ドライヤユニット オゾンライン用	7612650U	3	個	
10 バルブ A P N - 1 1 0 K V用	125A179	14	個	1回/6ヶ月
11 ダイヤフラム リ	125A178	14	個	
12 バルブシート	125A215	14	個	
13 ポンプヘッド	125A214	7	個	
14 交換用フィルタキット	107C292	2	個	1回/1年
15 キャビラリヨウフィルタ ASSY	7036430K	3	個	
16 ハイプレンチューブ 7×11	116E022	5	m	
17 テフロンチューブ 2×3 白	116D003	20	m	
18 リ 2×3 黄	116D006	10	m	
19 リ 2×3 赤	116D005	10	m	
20 リ 4×6 白	116D012	5	m	
21 シリコンチューブ 2×6	116C029	2.5	m	
22 ミニトラップフィルター	69860600	3	個	
23 シリカゲル管 ASSY	7018800K	3	個	
24 石英ウール1級1g	136A082	7	個	1回/1年
25 テフロンフィルター 55φ	136A001	7	個	
26 Zユニオン用スリーブ 3φ	117B001	3	個	
27 リングTR-6	117B052	3	個	
28 テフロンリングTR-3	117B051	3	個	
29 シリコン接続管 6φ用 *SI	69275300	3	個	
30 シリコン接続管 3φ用 *SI	69275100	24	個	
31 シリコン接続管 3段型 *SI	69275200	63	個	
32 シリコン接続管 A ASSY	7029450K	30	個	
33 ハーフユニオン HZ-3-02 PP	117B415	3	個	
34 サンプリングチューブ 6φ×8φ	493438K	15	m	1回/6ヶ月
35 吸着筒ASSY	7610060K	10	個	
36 電磁弁ASSY GLN-4-6999490-1K	6999490K	5	個	
37 ZNRユニット	7317890U	3	個	
38 ZNRユニット	6179800U	2	個	1回/1年
共用部品				
39 防塵フィルター	PF-1 47φ	182	枚	1回/2週

名 称	規 格	数 量	単 位	交 換 頻 度
光化学オキシダント自動測定機器	GUX-353B GUX-313B	9	台	
1 ダイヤフラム	125A114	5	個	1回/1年
2 リード弁	125A113	1	個	
3 水銀ランプ ASSY	6186470K	5	個	
4 Oリング P-49	115A667	1	個	
5 オゾンカッター ASSY	5675180K	5	個	
6 繰ぎ手 1/8	69305600	4	個	
7 試料切替バルブ ASSY	7137650K	5	個	
8 テフロンチューブ 1×3 白	116D003	4	m	
9 ハイブリッドチューブ 2×3 白	116D012	1	m	
10 ZNRユニット	7317890U	3	個	
11 シリコン接続管 6φ用 *SI	69275300	1	個	
12 シリコン接続管 3φ用 *SI	69275100	6	個	
13 シリコン接続管 3段型 *SI	69275200	17	個	
14 テフロンチューブ 3×4 白	116D010	0.1	m	
15 テフロンチューブ 1×3 白	116D002	1	m	
16 ハイブリッドチューブ 7×11	116D022	1	m	
17 シリコンチューブ 2×6	116C029	0.1	m	
18 シリコンチューブ 5×7	116C007	0.1	m	
19 Zユニオン用スリーブ 3φ	117B001	2	個	
20 Zユニオン用スリーブ 4φ	117B402	1	個	
21 サンプリングチューブ 6φ×8φ	493438K	5	m	
共用部品				
22 防塵フィルター	PF-1 47φ	130	枚	1回/2週

名 称	規 格	数 量	単 位	交 換 頻 度
微小粒子状物質 (PM2.5) 自動測定器	FPM-377 FPM-377C	6	台	
1 ダイヤフラム	MF-50D用 125B851	10	個	1回/6ヶ月
2 弁シート	MF-50D用 125B852	10	個	
3 テクノブレードホース	TB-6 6φ × 11φ 116B0481	16	m	1回/1年
4 ハイプレンチューブ	7φ × 11φ 116E022	8	m	
5 チューブT C - 1 0 9	MF-50D用 125B854	8	個	1回/1年
6 スリーブ	MF-50D用 125B853	16	個	
7 濕度センサー・アッセンブリー	7205580K	10	個	1回/6ヶ月
8 PM 2.5 サイクロンOリングセット	7219380K	5	組	1回/1年
9 PM 10 インレットOリングセット	7226620K	5	組	
10 F P M分析部Oリングセット	7226630K	5	組	1回/1年
11 Z N R U N I T	6179800U	4	個	
共用部品				
12 フッ素樹脂製ろ紙	7008500K	65	枚	1回/2週
13 フッ素樹脂製ろ紙	KFT-730	7	枚	

名 称	規 格	数 量	単 位	交 換 頻 度
炭化水素自動測定機器	GHC-355B GHC-355	4	台	
1 Z N R ユニット	7317890U	9	個	1回/1年
2 エアポンプ A S S Y	7299340K	4	個	
3 モレキュラーシーブアセンブリー	6519870K	16	個	適宜(目安: 1回/6ヶ月)
4 分析部用ファンアセンブリー	7299310K	4	個	
5 コンバーターアセンブリー	6519120K	4	個	1回/1年
6 点火プラグアセンブリー	7291760K	4	個	
7 ウレタンチューブ	2.5φ × 4Φ 116E517	6	m	適宜(目安: 1回/6ヶ月)
8 ポリウレタンチューブ	4Φ × 6Φ 116E511	3	m	
9 ローター S S A C 1 0 U W P	136D941	4	個	1回/1年
10 エアアクチュエーター A 3 6 S	126E631	4	個	
11 ナイロンチューブ 4 × 6 黒	116E500	6	m	適宜(目安: 1回/6ヶ月)
12 シンフレックスチューブ N 3. 2 - 2 W Y 黒	116E103	3	m	
13 テフロンチューブ 2 × 3 白 S T I F T - 0 5 2 0	116D003	3	m	1回/1年
14 Oリング P 4 9 * F P M	115A667	3	個	
15 繰手 1 / 8 * P T F E	69305600	3	個	適宜(目安: 1回/6ヶ月)
16 シリコン接続管 6φ 用 * S I	69275300	3	個	
17 シリコン接続管 3φ 用 * S I	69275100	6	個	適宜(目安: 1回/1年)
18 不織布フィルター P F - 1 2 5 マル 前処理部用	137A479	3	個	
19 フィルター P F - 1 2 5 マル 助燃フィルター用	136A823	3	個	1回/1年
20 イオン交換樹脂カートリッジ O P G U - 7 1 0 0 用	134E100	8	個	
21 モレキュラーシーブビーズ	143G254	12	個	適宜(目安: 1回/1~2ヶ月)
22 Oリング P 7	134E003	3	個	
23 カートリッジドライヤー内筒	134E006	3	個	1回/1年
24 サンプリングチューブ 4φ × 6φ	493438K	15	m	
共用部品				
25 防塵フィルター	PF-1 47φ	104	枚	1回/2週

名 称	規 格	数 量	单 位	交 换 頻 度
一酸化炭素自動測定機器	GFC-351、GHC-355B	1	台	
1 カートリッジフィルター	136A232	1	個	1回/1年
2 ダイヤフラム	APN-085LVX-1用 125A114	1	個	
3 弁シート	APN-085LVX-1用 125A113	1	個	
4 キャピラリーアセンブリー	7081600K	1	個	
5 ツギテ	1/8 *PTFE 69305600	3	個	
6 Oリング	P-49 115A667	1	個	
7 テフロンチューブ	2φ×3φ 白 116D003	3	m	
8 テフロンチューブ	4φ×6φ 白 116D012	1	m	
9 ハイプレンチューブ	7φ×11φ 116E022	1	m	
10 Z N Rユニット	6179800U	1	個	
11 Zユニオン用スリーブ	3φ 117B001	2	個	
12 ドライヤーユニット	5999360K	1	個	
13 シリコン接続管	6φ用 *SI 69275300	1	個	
14 シリコン接続管	3φ用 *SI 69275100	4	個	
15 シリコン接続管	3段型 *SI 69275200	1	個	
16 サンプリングチューブ	6φ×8φ 493438K	5	m	
17 光源アセンブリー	7001350K	1	個	
共用部品				
18 防塵フィルター	PF-1 47φ	26	枚	1回/2週

名 称	規 格	数 量	单 位	交 换 頻 度
酸性雨自動測定機器	C-U273/RS-102	1	台	
1 シリコンチューブ φ 6 × φ 8	Φ6×Φ8	4	m	1回/1年
2 シリコンチューブ φ 10 × ロート用	Φ10×ロート用	1	式	
3 P H電極 E L P - 0 0 3	ELP-003	1	本	
4 E C電極 C G - 7 0 1 P L	CG-701PL	1	本	
5 P H標準液 P H 4	PH4用	6	本	
6 P H標準液 P H 7	PH7用	6	本	1回/月